

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za ženske bolesti i porode

Petrova 13.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Stup endoskopski za ginekologiju

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III - Stup endoskopski za ginekologiju	kom	1						
1	HD centralna konzola video sistema za primjenu ICG - centralna jedinica HD video sistema/kamere + LED ili XENON izvor svjetla + sistem za manipulaciju slike i video isječka	kom	1						
1.1.	HD centralna jedinica video sistema								
	Interna ili eksterna memorija min 120GB, rezolucija pohranjivanja slika: minimalno 1920 x minimalno 1080 elemenata slike, oblik pohranjivanje JPG								
	rezolucija i oblik pohranjivanja video isječka: 1080p, MP4								
	izvoz: USB, mreža, PACS via DICOM, automatski izvoz, slika u slici								
	administriranje podataka prostora/sale, procedure, operatera. Raspored procedura, početak i kraj								
1.2.	LED IZVOR SVJETLA(minimalno 1800 Lumena, 5500-8500 K, Automatsko podešavanje jačine svjetla, garantni rok svijetla: minimalno 7 godina) ili XENON IZVOR SVIJETLA (minimalno 300W, minimalno 500 sati rada, automatska regulacija svjetline, indikator radnih sati žarulje) za prikaz ICG kontrasta								

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
1.3.	Sistem za manipulaciju slika i video isječaka								
	Video Live streaming, Gledanje s udaljenih lokacija pomoću Web preglednika ili aplikacije prijenos u živo, jednostrana komunikacija								
	namještanje postavki specifičnih za op. salu, proceduru i operatera								
	Video izlazi: 2x DVI, Video ulazi: 1 x DVI								
	DICOM sučelje: pohrana podataka (slike, video)								
	USB priključci: 5x								
2	HD Glava kamere za prikaz ICG kontrasta	kom	1						
	3 čipa, rezolucija: minimalno 1920 x minimalno 1080 elemenata slike, 16:9								
	zum: 1.5X, programabilne funkcije na kameri 4 x sterilizacija, plinom, plazma, kemijska dezinfekcija								
3	HD Monitor	kom	1						
	26", TFT LCD, 16:9								
	rezolucija: 1920 x 1080								
4	Svjetlovodni kabel	kom	2						
	minimalno 2,5 metara duljine (za laparoskopiju i histeroskopiju)								
5	Kolica								
	odgovarajući transformator sa uzemljenjem								
	min 4 polica, min 1 ladica								
	držač boce za CO2								
6	Pokretna rampa/ruka za monitor	kom	1						
8	Teleskop 0°, 10 mm x minimalno 30 cm do maksimalno 35 cm, HD za primjenu ICG	kom	2						
UKUPNO za grupu predmeta nabave III (brojkama)									