

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za urologiju  
 Kišpatićeva 12

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Uređaj za urodinamiku s dodatkom za videourodinamiku

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave  | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke |
|---------|---|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| 1       | 2   | 3        | 4        | 5                       | 6                             | 7  | 8                                       | 9           | 10= (4x8)           |
|         | <b>GRUPA PREDMETA NABAVE VI</b>   |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | <b>Uređaj za urodinamiku s dodatkom za videourodinamiku</b>   | kom      | 1        |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
| 1       | Uređaj za urodinamiku i videourodinamiku - na kojem je moguće raditi uroflowmetriju, cistometriju (CMG), "pressure-flow" studije te profil tlaka u uretri (UPP), uz EMG zapis (free running EMG/ high speed frequency EMG) za dijagnostiku poremećaja funkcije dna zdjelice (poremećaji inervacije). Uređaj treba imati bežično snimanje tlakova, uroflow-a i EMG zapisa. Biofeedback |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |
|         | <b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE VI (brojkama)</b>  |          |          |                         |                               |  |   |             |                     |