

ELEKTROSTIMULATORI SRCA za razdoblje do 21. listopada 2018. godine

R.br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Ugovorena količina za jednu godinu ZN	Tvornički naziv proizvoda	Naziv proizvođača	Kataloški broj	Originalno pakiranje	Jeinična cijena FCO KBC Zagreb bez PDV-a	Ukupno (bez PDV-a)	Cijena org. pakiranja (bez PDV-a)	Stopa PDV-a U %	Iznos PDV-a	Sveukupno (s PDV-om)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4x9)	11 (8x9)	12	13	14 (10+13)	
GRUPA PREDMETA NABAVE 11														
1.	MR DDDR - ATRIO-VENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA S TEHNOLOGIJOM KOJA OMOGUĆAVA SIGURNO SNIMANJE PACIJENTA MR-om: MOGUĆNOST SIGURNOG SNIMANJA MR CIJELOG TIJELA S IZOCENTROM U SVAKOJ POZICIJI NA TIJELU + MOGUĆNOST SIGURNOG SNIMANJA MR BEZ VREMENSKOG OGRANIČENJA I ZA SVAKU VELIČINU TIJELA PACIJENTA + AUTOMATSKO PODEŠAVANJE NAPONA STIMULACIJE OVISNO O IZMJERENOM PRAGU PODRAŽAJA U ATRIJU I VENTRIKLU + MOGUĆNOST AUTOMATSKE PROMJENE NAČINA RADA IZ AAI(R) U DDD(R) I OBRATNO U SVRHU SMANJIVANJA NEPOTREBNE VENTRIKULSKE STIMULACIJE + MOGUĆNOST AUTOMATSKOG MJERENJA I PRIKAZA TRENDATA OTPORA ELEKTRODA S NAJMANJE 10 AUTOMATSKI IZMJERENIH VRIJEDNOSTI + SNIMANJE I MEMORIRANJE INTRAKARDIJALNOG ELEKTROGRAMA + MOGUĆNOST NEOVISNOG PROGRAMIRANJA FREKVENCIJSKE ADAPTABILNOSTI ZA ZONU NORMALNOG I ZA ZONU VISOKOG FIZIČKOG OPTEREĆENJA + AUTOMATSKO PREBACIVANJE S BIPOLARNE NA UNIPOLARNU STIMULACIJU U SLUČAJU ODSTUPANJA OTPORA + ELEKTRODE IZVAN ZADANIH VRIJEDNOSTI.	KOM	5							0.00	0.00		0.00	0.00
2.	PRIPADAJUCA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J".	KOM	2						0.00	0.00		0.00	0.00	
3.	PRIPADAJUCA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA.	KOM	2						0.00	0.00		0.00	0.00	
4.	SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (prema zahtjevu naručitelja).	KOM	2						0.00	0.00		0.00	0.00	
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 11 (brojkama)									0.00			0.00	0.00	