

ELEKTROSTIMULATORI SRCA za razdoblje do 21. listopada 2018. godine

R.br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jedinica mjere	Ugovorena količina za jednu godinu ZN	Tvornički naziv proizvoda	Naziv proizvođača	Kataloški broj	Originalno pakiranje	Jeinična cijena FCO KBC Zagreb bez PDV-a	Ukupno (bez PDV-a)	Cijena org. pakiranja (bez PDV-a)	Stopa PDV-a U %	Iznos PDV-a	Sveukupno (s PDV-om)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4x9)	11 (8x9)	12	13	14 (10+13)	
<b>GRUPA PREDMETA NABAVE 15</b>														
1.	ATRIO-BIVENTRIKULSKI ELEKTROSTIMULATOR SRCA S ALGORITMOM ZA RANU DETEKCIJU EDEMA PLUĆA S ODVOJENIM PROGRAMIRANJEM IZLAZNIH PARAMETARA (AMPLITUDA, TRAJANJE IMPULSA) ZA LIJEVI I DESNI VENTRIKUL + EKSPERTNI SUSTAV ZA SAVJETOVANJE PROGRAMIRANJA PARAMETARA ELEKTROSTIMULACIJE PREMA DIJAGNOZI I STATUSU BOLESNIKA + AUTOMATSKO PODEŠAVANJE NAPONA STIMULACIJE U SVA TRI KANALA OVISNO O IZMJERENOM PRAGU PODRAŽAJA + MOGUĆNOST PROGRAMIRANJA NAJMANJE 5 VEKTORA STIMULACIJE LIJEVOG VENTRIKLA + MOGUĆNOST AUTOMATSKOG MJERENJA I PRIKAZA TRENDA OTPORA ELEKTRODA S NAJMANJE 10 AUTOMATSKI IZMJERENIH VRIJEDNOSTI + PROGRAMIRANJE FREKVENCIJSKE ADAPTABILNOSTI ZA ZONU NORMALNOG I ZA ZONU VISOKOG FIZIČKOG OPTEREĆENJA+ PROGRAMABILAN INTERVENTRIKULSKI INTERVAL STIMULACIJE + MOGUĆNOST AUTOMATSKOG PREBACIVANJA S BIPOLARNE NA UNIPOLARNU STIMULACIJU U SLUČAJU ODSUPANJA OTPORA ELEKTRODE IZVAN ZADANIH VRIJEDNOSTI + ALGORITAM ZA PREVENCIJU AT/AF + AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE TRENUTKA UGRADNJE I POLARITETA ELEKTRODE S AUTOMATSKIM REPROGRAMIRANJEM POLARITETA STIMULACIJE I OSJETLJIVOSTI.	KOM	10							0.00	0.00		0.00	0.00
2.	PRIPADAJUCA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J".	KOM	10						0.00	0.00		0.00	0.00	
3.	PRIPADAJUCA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA.	KOM	10						0.00	0.00		0.00	0.00	
4.	PRIPADAJUCA LV ELEKTRODA.	KOM	10						0.00	0.00		0.00	0.00	
5.	SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (DVA KATETERA ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, HEMOSTATSKA VALVULA, REZANJE ILI TRGANJE KATETERA).	KOM	10						0.00	0.00		0.00	0.00	
6.	BALON KATETER ZA SNIMANJE VENOGRAMA KORONARNOG SINUSA.	KOM	10						0.00	0.00		0.00	0.00	
7.	SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (prema zahtjevu naručitelja).	KOM	2						0.00	0.00		0.00	0.00	
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 15 (brojkama)</b>									0.00			0.00	0.00	