

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za unutrašnje bolesti

Kišpatićeva 12.

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Fleksibilni videogastroskop**

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
<b>GRUPA PREDMETA NABAVE II</b>									
<b>Fleksibilni videogastroskop sa magnifikacijom</b>		kom	1						
2.1	HDTV kvaliteta slike								
2.2	Širina vidnog polja minimalno 140 stupnjeva								
2.3	Bliže fokusiranje minimalno 2mm								
2.4	Dubina vidnog polja minimalno 5-100 mm								
2.6	Promjer distalnog vrha maksimalno 9.9 mm								
2.7	Promjer insercijske tube maksimalno 9.9 mm								
2.8	Promjer radnog kanala minimalno 2.8 mm								
2.10	Otklon gore/dolje: 210°/90°								
2.11	Otklon lijevo/desno: 100°/100°								
2.12	Radna dužina minimalno 1030 mm								
2.13	Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra								
2.14	Vodootporni jednododirni konektor								
2.15	Korištenje optičkog sistema za fokusiranje dubine vidnog polja								
2.16	Korištenja dodatnog kanala za ispiranje								
2.17	Kompatibilnost s postojećom opremom, proizvođač je dužan nadograditi postojeće izvore svjetla i procesore s mogućnošću uporabe starih/postojećih endoskopa								
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE II (brojkama)</b>									