

EU - Europski fond za regionalni razvoj  
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“  
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za unutrašnje bolesti

Kišpatićeva 12.

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE - Fleksibilni videokolonoskop**

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
<b>GRUPA PREDMETA NABAVE III</b>									
<b>Fleksibilni videokolonoskop</b>									
		kom	2						
4.1	Kut gledišta minimalno 140 stupnjeva								
4.2	Dubina vidnog polja maksimalno 2-100 mm								
4.3	Vanjski promjer distalnog vrha maksimalno 12.8 mm								
4.4	Vanjski promjer insercijske tube maksimalno 12.8 mm								
4.5	Radna dužina minimalno 1300 mm								
4.6	Promjer radnog kanala minimalno 3.7 mm								
4.8	Minimalno Otklon gore/dolje 180°/180°								
4.9	Minimalno Otklon lijevo/desno 160°/160°								
4.10	Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za uočavanje promjena na tkivu i sitnih lezija								
4.11	Fokusiranje, obzervacije povećane mukoze, primicanje endoskopske slike 2 mm bliže mukozi								
4.12	Vodootporni jednododirni konektor koji omogućuje lakše spajanje i minimalizira rizik ostećenja prilikom dezinfekcije								
4.13	Podešavanje ukrutenosti kolonoskopa kako bi zadovoljio anatomske potrebe pacijenta i olakšao inserciju								
4.14	Kompatibilnost s postojećom opremom, proizvođač je dužan nadograditi postojeće izvore svijetla i procesore s mogućnošću uporabe starih/postojećih endoskopa								
4.15	HDTV kvaliteta slike								
<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE III</b>									