

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za unutrašnje bolesti

Kišpatičeva 12.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU PREDMETA NABAVE V- Kabinet za sušenje endoskopa

Red br.	Naziv i opis predmeta nabave	Jed. mj.	Količina	Potvrda tehničkog opisa	Proizvođač - zemlja porijekla	Naziv-model ili tip i šifra i kataloški broj	Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV	Stopa PDV-a	Ukupni iznos stavke
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE V								
	Kabinet za sušenje endoskopa	kom	1						
	OBAVEZNE MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE								
1	Istovremeno sušenje i pohrana minimalno 10 endoskopa								
2	Sušenje i kondicioniranje endoskopa u visećem položaju								
3	Prikaz statusa endoskopa na ekranu								
4	Kontinuirano praćenje protoka zraka kroz sve kanale endoskopa								
5	Vrijeme sušenja endoskopa maksimalno 120 min								
6	Ekran na dodir sa prikazom statusa pojedinog endoskopa								
7	filter u skladu sa Direktivom MDD 93/42/EEG								
8	priključivanje na neovisni izvor komprimiranog zraka								
9	Dvokrilna vrata s ugrađenim staklima radi vizualne kontrole endoskopa								
10	Relativna vlažnost zraka u ormaru maksimalno 75%								
11	Visina ormara maksimalno 2200 mm								
12	Priključivanje na standardnu utičnicu 230 V								
13	detekcija korisnika, detekcija endoskopa i printanje								
14	Dolazi s set adapterima za postojeće endoskope Fuji x5, Pentax x5, Olympus x5								
15	zaključavanja vrata ormara radi sigurnosti i kontrole pristupa endoskopima								
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE V (brojkama)								