

EU - Europski fond za regionalni razvoj
 „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“
 KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb

Klinika za kirurgiju

Kišpatićeva 12

III MEDICINSKI LASERI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE - Laser za endovensku ablaciju vena

| Red br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mj. | Količina | Potvrda tehničkog opisa | Proizvođač - zemlja porijekla | Naziv-model ili tip i šifra i kataložki broj | Jedinična cijena fco KBC Zagreb bez PDV | Stopa PDV-a | Ukupni iznos stavke |
|---------|---|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10= (4x8) |
| | GRUPA PREDMETA NABAVE III - | | | | | | | | |
| | Laser za endoskopsku ablaciju vena | kom | 1 | | | | | | |
| | OPREMA ZA ABLACIJU POVRŠINSKIH VENA NOGU I HEMOROIDA ZA KIRURGIJU | | | | | | | | |
| 1. | Laserski uređaj za ablaciju površinskih vena nogu i hemoroida valna duljina 1470 nm izlazna snaga do 15 W kontinuirani i pulsni način rada nožni prekidač za pokretanje i zaustavljanje laserske zrake | | | | | | | | |
| 2. | Optičko vlakno za abalciju površinskih vena nogu (EVLA) sa radijalnim zračenjem | | | | | | | | |
| 3. | Optičko vlakno za ablaciju hemoroida | | | | | | | | |
| 4. | Peristaltička pumpa za davanje tumescentne anestezije brzina protoka 1-17 L/h podešavanje brzine protoka ovisno o potrebi zahvata maksimalnog tlaka 1,5 bara nožni prekidač za pokretanje i zaustavljanje pumpe | | | | | | | | |
| 5. | Cijevi za tumescentnu anesteziju, dužine 4 m, sterilne, jednokratne | | | | | | | | |
| | UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE III (brojkama) | | | | | | | | |