

KLINIČKI BOLNICKI CENTAR ZAGREB, Kišpatičeva 12											

IZOTOPI I LABORATORIJSKI REAGENSI ZA POTREBE NUKLEARNE MEDICINE

RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNE GODIŠNJE POTREBE	PROIZVOĐA Č -ZEMLJA PORIJEKLA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	ŠIFRA KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	PAKIRANJE	CIJENA PAKIRANJA	STOPA PDV A	UKUPNI IZNOS STAVKE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 =(4x8)
	GRUPA PREDMETA NABAVE I										
	"IN VIVO"										
1.	Mo-99/Tc-99m generator, "mokri", A = 34,4 GBq, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke 06:00 HCET	komad	47								
2.	Mo-99/Tc-99m generator, "mokri", A = 43 GBq, isporuka četvrtak, kalibracija srijeda nakon isporuke 06:00 HCET	komad	5								
3.	vakuumske bočice 25 ml odgovarajuće generatoru stavka 1 i 2, paket a' 25 - 100 kom	komad	600								
4.	vakuumske bočice 11 ml odgovarajuće generatoru stavka 1 i 2, paket a' 25 - 100 kom	komad	600								
5.	bočica 100 ml NaCl 0,9% za eluiranje generatora odgovarajuće generatoru stavka 1 i 2, paket a' 8 - 12 kom	komad	70								

6.	zaštitni kontejner za eluiranje za bočice volumena 25 ml odgovarajuće generatoru stavka 1 i 2	komad	1								
7.	zaštitni kontejner za eluiranje za bočice volumena 11 ml odgovarajuće generatoru stavka 1 i 2	komad	1								
8.	prilagodni prsten za bočice volumena 11 ml odgovarajuće generatoru stavka 1 i 2	komad	5								
9.	alkoholni tupferi, 70% izopropilni alkohol, namijenjeno dezinfekciji bočica pri eluiranju radionuklidnih generatora i obilježavanju radiofarmaka, paket 200 - 300 kom	komad	2500								
10,	indj-[111In]-DTPA	0.037 GBq	1								
11,	makroagregat humanog serum albumina veličina čestica 10 - 90 μm, do 4.5 x 10 ⁶ čestica, kit a' 5 - 6 bočica	bočica	400								
12,	kositar klorid obilježavanje eritrocita "in vitro", kit a' 5 - 6 bočica	bočica	180								
13,	merkptoacetilglicilglicilglicin (MAG3) - hladno obilježavanje, kit a' 5 - 6 bočica	bočica	300								

14,	pribor za ventilacijsku scintigrafiju pluća i održavanje Cyclomedica Technegas generatora, paket a' 45 - 55 sustava	komad	100								
15,	radio receptorski pribor za kvantitativno određivanje autoprotutijela na TSH receptore, kit a' 45 - 55 testova	test	300								
16,	" IN VIVO " termoblok namijenjen pripremi hynic-[D-Phe1,Tyr3-oktreotid] i metoksi izobutil izonitril (MIBI), raspon temperature +50 do +130°C, digitano kontrolirano, postizanje temperaturne stabilnosti bloka na 100°C kroz max. 15. min	komad	1								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE I BROJKAMA BEZ PDV-A											
NAPOMENE ZA GRUPU PREDMETA NABAVE I:											
Za stavku 7. rok upotrebe mora biti minimalno 14 mjeseci od dana isporuke											
Za stavku 10. potrebno je navesti dan i sat kalibracije i rok upotrebljivosti nakon kalibracije u odnosu na dan i sat isporuke.											
Za stavku 11. ,12. i 13 rok upotrebe mora biti minimalno 9 mjeseci od dana isporuke											
Za stavku 15 rok upotrebe mora biti minimalno 5 tjedana od dana isporuke											
Za stavku 16 isporuka prema dogovoru											