

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB, Kišpatičeva 12												

IZOTOPI I LABORATORIJSKI REAGENSI ZA POTREBE NUKLEARNE MEDICINE

RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNE GODIŠNJE POTREBE	POTREBN I UZORCI	PROIZVOĐA Č -ZEMLJA PORIJEKLA	KOMERCIJALNI NAZIV PROIZVODA	ŠIFRA KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	PAKIRANJE	CIJENA PAKIRANJA	STOPA PDV- A	UKUPNI IZNOS STAVKE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =(4x9)
	GRUPA PREDMETA NABAVE III											
1,	⁵⁷ Co standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške), sa NIST slijednim certifikatom, u bočici volumena 20 ml	185 MBq	1									
2,	⁶⁰ Co standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške), sa NIST slijednim certifikatom, u bočici volumena 20 ml	3,7 MBq	1									
3,	¹³³ Ba standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške), sa NIST slijednim certifikatom, u bočici volumena 20 ml	9,3 MBq	1									
4,	¹³⁷ Cs standardni gama izvor (±3,0% apsolutne greške), sa NIST slijednim certifikatom, u bočici volumena 20 ml	3,7 MBq	1									

5,	"Flood" ⁵⁷ Co standardni gama izvor ($\pm 3,0\%$ apsolutne greške), sa NIST slijednim certifikatom, aktivna površina dimenzija 610 x 420 mm	555 MBq	1									
"IN VITRO"												
6,	IRMA pribor za kvantitativno određivanje tiroglobulina, kit a' 95 - 105 testova	test	4200	200								
7,	IRMA pribor za kvantitativno određivanje kalcitonina, kit a' 95 - 105 testova	test	600	100								
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE III BROJKAMA BEZ PDV-A												
NAPOMENA ZA GRUPU III												
Za sve stavke 1,2,3,4, i 5 isporuka i kalibracija prema dogovoru												
Za stavke 6 rok upotrebe mora biti minimalno 6 tjedana od dana isporuke												
Za stavku 7 rok upotrebe mora biti minimalno 4 tjedana od dana isporuke												