

EU Europski fond za regionalni razvoj „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“ KK.08.1.2.03.0012

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12

Zagreb, 24. travnja 2017.

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Klinički bolnički centar Zagreb objavljuje

**IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I
PRIJEDLOZIMA**

Predmet nabave: **IV-Operacijske lampe i stolovi**

Evidencijski broj nabave: **5.1.A5/4.4**

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Klinički bolnički centar Zagreb je na svojoj internet stranici dana 10. travnja 2017. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet radnih dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Klinički bolnički centar Zagreb zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi:

Grupa predmeta nabave II - Lampa ultravioletna za "cross linking"
Klinika za očne bolesti

1. PITANJE

Ovim putem upućujemo prijedlog izmjena tehničke specifikacije prema troškovniku predmeta nabave iz dokumentacije za nadmetanje koji se odnosi na stavku 4. i 5.

Stavka 4. Glasi „Izlazna energija do 12mW/cm2.“

Predlažemo da se navedena stavka izmjeni na način da glasi:“Izloženost izzlaznoj energiji od ukupno 5400mj za različite jačine radijacije od 3-18mW/cm2 u korelaciji s vremenom tretiranja.“

ODGOVOR:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te navedena stavka glasi: “Izloženost izzlaznoj energiji od ukupno 5400mj za različite jačine radijacije od 3-18mW/cm2 u korelaciji s vremenom tretiranja.“

2. PITANJE

Stavka 5. Glasi „Prijenosni uređaj“

Predlažemo da se navedena stavka izmjeni na način da glasi:“Kompaktni uređaj s montažom na stol uz mogućnost potpune kretnje u svim smjerovima.“

ODGOVOR:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te navedena stavka glasi: "Kompaktni uređaj s montažom na stol uz mogućnost potpune kretnje u svim smjerovima."

**Grupa predmeta nabave IV -Operacijska lampa
Klinika za ženske bolesti i porode, Petrova 13**

1. PITANJE

Stavka 4.-, „Zračenje W/m²<550“

Predlažemo da odstupanje traženih karakteristika ne bude veće od 70% izražene norme (IEC 606041-2-41), te da ono ne prelazi 700W/m². Time bi tekst specifikacije glasio: „Zračenje W/m² <700.“

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom jer se smanjuje kvaliteta tražene lampe te bi se operater i pacijent izložili doatnoj količini zračenja.

2. PITANJE

Stavka 7.-, „Temperatura boje u Kelvinima podesiva:3500-4500-5500 K“. Predlažemo da se u tehničkoj specifikaciji traži „Temperatura boje u Kelvinima podesiva:3500-4500-5500 k uz odstupanje+/- 10%.

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način.

3. PITANJE

Stavka 10.-, „LED endoskopsko osvjetljenje <500 lx, specijalno zeleno LED osvjetljenje koje pojačava kontrast slike na ekranu.

Predlažemo da se u tehničkoj specifikaciji traži samo „Endoskopsko LED osvjetljenje u operacijskoj lampi“.

ODGOVOR

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način.

**Grupa predmeta nabave V -Operacijska lampa
Klinika za dermatovenerologiju**

1. PITANJE

Stavka 8.

Predlažemo stoga da se promijeni specifikacija u „Podešavanje jačine i veličine svjetlosnog polja putem kontrolnog zaslona osjetljivog na dodir smještenog na ruci kupole, uz moguću daljinsku kontrolu.

ODGOVOR

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom jer se traženom promjenom smanjuje kvaliteta tražene lampe i onemogućava se medicinskom osoblju brzo i učinkovito rukovanje.

2. PITANJE

Stavka 10.2. – „Podešavanje intenziteta od 10-100%“

Predlažemo stoga da se podešavanje intenziteta lampe uskladi s navedenom normom (IEC 606041-2-41), što bi značilo „Podešavanje intenziteta – 25-100%“

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom jer se smanjuje kvaliteta tražene lampe te bi se operater i pacijent izložili doatnoj količini topline.

Grupa predmeta nabave VI-Operacijska lampa

Klinika za ortopediju, Šalata 6

1. PITANJE

Stavka 4. – „Regulacija svjetline 10-100%“

Predlažemo stoga da se podešavanje intenziteta lampe uskladi s navedenom normom, što bi značilo „Regulacija svjetline – 25-100%“

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom jer se smanjuje kvaliteta tražene lampe te bi se operater i pacijent izložili dodatnoj količini topline.

2. PITANJE

Stavka 9 – „Ukupna snaga osvjetljivanja pri maksimalnoj jačini svjetlosti maksimalno 590 W/m²“

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom jer se povećava količina zračenja kao i značajno povećanje topline koju ispušta lampa.

3. PITANJE

Stavka 10. – „Opcije postavljanja (na strop, zid, mobilno)“

Molimo da se definira način postavljanja operacijske lampe kako bi konfiguracija uređaja bila u skladu s prostorijom i namjenom.

ODGOVOR:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: “Opcije stropnog postavljanja“

S obzirom na činjenicu da je ovo predmet nabave koji je financiran iz sredstava Europske unije, javni naručitelj je po provedenom prethodnom savjetovanju s gospodarskim subjektima, objavljenu dokumentaciju i troškovnike ovog predmeta nabave uputio na pregled i kontrolu Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata iz Europske unije, te će dokumentaciju o nabavi, izmijenjenu sukladno zaprimljenim primjedbama, u najkraćem mogućem roku objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a po objavi ovog Izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na internetskim stranicama javnog naručitelja.

S poštovanjem,

Za Službu nabave

Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.