

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB**  
**Zagreb, Kišpatićeva 12**

Zagreb, 26. lipnja 2017.

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Klinički bolnički centar Zagreb objavljuje

**IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I  
PRIJEDLOZIMA**

Predmet nabave: **Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za radiologiju**

Evidencijski broj nabave: **1.1.2.A.23**

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Klinički bolnički centar Zagreb je na svojoj internet stranici dana 14. lipnja 2017. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Klinički bolnički centar Zagreb zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi:

**GRUPA 1**

**1. PITANJE**

Molimo Vas povećanje procijenjene vrijednosti za GRUPU 1 predmeta jednogodišnje nabave medicinskog potrošnog materijala za radiologiju u otvorenom postupku javne nabave broj 35, evidencijski broj nabave 1.1.2.A.23 sa 7.976.500,00 na 8.770.000,00 kn.

**ODGOVOR:**

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom i mijenja procijenjeni iznos nabave za grupu predmeta nabave 1 sa 7.976.500,00 kn na 8.750.500,00 kn.

**GRUPA 3**

**2. PITANJE**

Vezano na prethodno savjetovanje po gore navedenom predmetu šaljem Vam prijedlog za izmjenu nekoliko stavaka kako bismo ponudu uskladili sa najnovijim promjenama u proizvodom asortimanu proizvođača, a koji bi glasilo ovako:

Molimo Vas da opis za stavku 4. sada glasi:

"Spirale za zatvaranje aneurizmi, od platine, odvojive upravljajem, promjera 1.5-24 mm, dužine 1-68 cm, promjera zavojnice 0.010" i 0.018", spiralne meke, standardne, hipermeke".

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom te navedena stavka sada glasi: "Spirale za zatvaranje aneurizmi, od platine, odvojive upravljачem, promjera 1.5-24 mm, dužine 1-68 cm, promjera zavojnice 0.010" i 0.018", spiralne meke, standardne, hipermeke".

### **3. PITANJE**

Molimo Vas da opis za stavku 9. sada glasi:

"Mikrokateri - ravni, unutarnjeg promjera ID 0.021 inch, ID. 0.027 inch, dijametar distalnog vrha 2.0 F, 2.6 F, iskoristive dužine 156 cm, sa dva markera na vrhu".

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za djelomičnom izmjenom te navedena stavka sada glasi: „Mikrokateri - ravni, unutarnjeg promjera ID.  $\leq 0.027$  inch, dijametar distalnog vrha  $\leq 2.6$  F, iskoristive dužine 156 cm, sa dva markera na vrhu.“

### **4. PITANJE**

Također, primjetili smo da u stavci 18., stoji da se odvajač odnosi na stavku 19., međutim trebalo bi stajati da se odnosi na stavku 17.

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom stavke 18 te sada glasi: "Odvajač za stavku 17."

### **5. PITANJE**

Zabunom smo zaboravili poslati i prijedlog za izmjenom stavke 3. , za koju molimo da sada glasi:

"Mikrokateri - vanjskog promjera O.D. 2,4 F , ravni i preoblikovani u 45° i 90°, J, iskoristive dužine 150 cm, sa dva markera na vrhu ."

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za djelomičnom izmjenom te navedena stavka sada glasi: „Mikrokateri - vanjskog proksimalnog promjera O.D.  $\leq 2.5$  F, ravni i preoblikovani u 45° i 90°, J, iskoristive dužine 150 cm, sa dva markera na vrhu.“

S poštovanjem,

**Za Službu nabave**

**Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.**