

JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA - ZA POTREBE KARDIOLOGIJE

RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU I ISPORUKU	PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA	ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	KOMADA U ORIG. PAKIRANJU	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	UKUPNO (bez PDV-a)	CIJENA ORIG. PAKIRANJA (bez PDV-a)	STOPA PDV-a U %	IZNOS PDV-a	SVEUKUPNO (s PDV-om)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4x8)	10 (7x8)	11	12	13 (9+12)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE 5</b>											
1	<b>KATERERI DIJAGNOSTIČKI s mehanizmom za upravljanje</b>											
1.1	Kateter oktapolarni, deflektabilni za snimanje elektrograma Hisova snopa (razmak elektroda 2-10-2-2-2-5-2 mm, ili 2-10-2-2-2-2-2 pri čemu je distalni par elektroda namenjen stimulaciji iz desne kljetke), mogućnost 6F i 7F	KOM	4					0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.	Kateter deflektabilni za detekciju impulsa u plućnim venama, 7 F i promjer petlje 3 F, s promjenjivim promjerom petlje od 15 do 25 mm, 10 ili 20-polarni, dužine 115 cm	KOM	2					0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.	Kateter deflektabilni, 20-polarni za snimanje potencijala duž kriste terminalis, s razmakom elektroda 1-3-1 ili 2-12-2 mm, 7 F	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
1.4.	Kabel spojni autoklavabilni kompatibilan stavkama 1.1. 1.2. i 1.3.	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
2	<b>KATATERI ZA RF-ABLACIJU-standardni, upravljivi</b>											
2.1.	Kateter ablacijski, deflektabilni, mogućnosti odabira barem tri radijusa (B, D, F) savijanja krivulje, s razmakom elektroda 2-5-2 i 1-6-2 mm, vršnom elektrodom 4 ili 8 mm, 6 ili 7 F. Mogućnost odabira senzora thermistor ili thermocouple	KOM	4					0.00	0.00		0.00	0.00
2.2	Kateter ablacijski, deflektabilni, bi-direkcionni, mogućnosti odabira barem tri radijusa (B, D, F) savijanja krivulje, s razmakom elektroda 1-7-4 mm, vršnom elektrodom 4 ili 8 mm, 7 F. Mogućnost odabira senzora thermistor ili thermocouple	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
2.3.	Kateter ablacijski deflektabilni uni/bi direkcijski, razmak elektroda 0,5-5-2, 8 mm vrh, 7,5 F	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
2.4.	Kateter ablacijski, deflektabilni s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s mogućnošću odabira barem tri radijusa (B, D, F) savijanja krivulje, s razmakom elektroda 2-5-2 mm i vršnom elektrodom 3.5 mm, 7 ili 8 F, dužine 115 cm	KOM	8					0.00	0.00		0.00	0.00
2.5.	Kateter ablacijski, deflektabilni, bi-direkcionni s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s mogućnošću odabira barem tri radijusa (DF, DD, FJ) savijanja krivulje, s razmakom elektroda 2-5-2 mm i vršnom elektrodom 3.5 mm, 7 F do 8 F, dužine 115 cm	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
2.6.	Spojnik kompatibilan s kateterom stavke 2.1, 2.2, 2.3 2.4 i 2.5 s postojećim RF generatorima, autoklavabilan, dužine barem 1.5 m	KOM	6					0.00	0.00		0.00	0.00
3	<b>KATATERI ZA DIJAGNOSTIKU i RF-ABLACIJU-kompatibilni sa sustavom za navigaciju u magnetnom polju</b>											

RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU I ISPORUKU	PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA	ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	KOMADA U ORIG. PAKIRANJU	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	UKUPNO (bez PDV-a)	CIJENA ORIG. PAKIRANJA (bez PDV-a)	STOPA PDV-a U %	IZNOS PDV-a	SVEUKUPNO (s PDV-om)
3.1.	Kateter dijagnostički, deflektabilan, dekapolarni za koronarni sinus sa auto prepoznavanjem, dužine najmanje 92 cm, razmak elektroda u sljedu 2-5-2, 2-8-2, 5 ili 10 mm , 6 ili 7 F	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
3.2.	Kabel pripadajući, autoklavabilni kompatibilan kateteru stavke 3.1.	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
3.3	Kateter dijagnostički, deflektabilni, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje 20-polarni, 5 krakova sa elektrodama, razmak 4-4-4 mm ili 2-6-2 mm, 7F, 115 cm	KOM	10					0.00	0.00		0.00	0.00
3.4	Kabel spojni autoklavabilni kompatibilan stavkom 3.3	KOM	2					0.00	0.00		0.00	0.00
3.5	Kateter dijagnostički, deflektabilan, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje, dekapolarni s auto prepoznavanjem, dužine najmanje 115 cm, razmak elektroda u sljedu 2-8-2 mm,7 F	KOM	5					0.00	0.00		0.00	0.00
3.6	Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan s kateterom iz stavke 3.5.	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
3.7	Kateter deflektabilni, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje, za detekciju impulsa u plućnim venama sa autoprepoznavanjem, 7 F i promjer petlje 4 F, s promjenjivim promjerom petlje od 15 do 25 mm, 12 ili 22-polarni, dužine 115 cm.	KOM	25					0.00	0.00		0.00	0.00
3.8	Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan kateterima stavke 3.7.	KOM	6					0.00	0.00		0.00	0.00
3.9	Konektor za kabel za višenamjensku uporabu, kompatibilan sa točkom 3.4	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
3.10	Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje, s mogućnošću odabira barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 4 ili 8 mm, dužine 115 cm, 7 F	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
3.11	Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje , s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s mogućnošću odabira barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm, 7F do 8 F.	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
3.12	Kateter deflektabilni, bi-direkcionni, sa senzorom za magnetno polje , s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s mogućnošću odabira barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm, do 8 F	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
3.13	Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan kateterima stavke 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8.	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
3.14	Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje i senzorom pritiska, s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s mogućnošću odabira barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
3.15	Kateter deflektabilni, bidirekcijski, sa senzorom za magnetno polje i senzorom pritiska, s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s mogućnošću odabira barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm	KOM	55					0.00	0.00		0.00	0.00
3.16	Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan kateterima stavke 3.10 i 3.11.	KOM	10					0.00	0.00		0.00	0.00

RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU I ISPORUKU	PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA	ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	KOMADA U ORIG. PAKIRANJU	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	UKUPNO (bez PDV-a)	CIJENA ORIG. PAKIRANJA (bez PDV-a)	STOPA PDV-a U %	IZNOS PDV-a	SVEUKUPNO (s PDV-om)
3.17	Referentne samolepljive elektrode za navigaciju u magnetnom polju.	KOM	120					0.00	0.00		0.00	0.00
4	<b>DODATNI POTROŠNI MATERIAL</b>											
4.1	Sistem cijevi za povezivanje infuzijske pumpe sa kateterom s hlađenim vrškom.	KOM	120					0.00	0.00		0.00	0.00
4.2	Uvodnice, duge, transseptalne za elektrofiziologiju, 8F, s odabirom barem tri zakrivljenosti, barem dve dužine > 60 cm.	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
4.3	Deflektabilna uvodnica, transseptalna za elektrofiziologiju, 8.5F.	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
4.4	Igla za transseptalnu punkciju, kompatibilna stavkama 4.2 i 4.3.	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
5	<b>KATETER ZA INTRAKARDIJALNI ULTRAZVUK</b>											
5.1.	Ultrazvučni kateter 8 ili 10 F dužine 90 cm kompatibilan s postojećim UZV aparatom	KOM	15					0.00	0.00		0.00	0.00
	<b>Sve stavke moraju biti kompatibilne sa uređajem Carto sistema koji je u vlasništvu KBC-a Zagreb.</b>											
	<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5 (brojkama)</b>							0.00			0.00	0.00