

JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA - ZA POTREBE KARDIOLOGIJE

RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU I ISPORUKU	PROIZVOĐAČ- ZEMlja PORIJEKLA	ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	KOMADA U ORIG. PAKIRANJU	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	UKUPNO (bez PDV-a)	CIJENA ORIG. PAKIRANJA (bez PDV-a)	STOPA PDV-a U %	IZNOS PDV-a	SVEUKUPNO (s PDV-om)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4x8)	10 (7x8)	11	12	13 (9+12)
	GRUPA PREDMETA NABAVE 7											
1	SPECIJALNI DIJAGNOSTIČKI KATETERI (bolja stabilnost i kvaliteta signala)											
1.1	Dijagnostički kateter s fiksnom krivuljom i izbočenim elektrodama, kvadripolarni ili dekapolarni, 6 F, razmak elektroda 2-5-2 mm, duljina katetera 110 cm	KOM.	4					0.00	0.00		0.00	0.00
1.2	Duodekapolarni deflektabilni kateter za mapiranje desnog atrija, 6 F, elektroda 20, razmak elektroda 2-8-2, dužina 90 cm	KOM.	2					0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.	Deflektabilni dekapolarni kateter za CS, razmak elektroda 2-6-2, dužina 110 cm, 6 F, bar dvije krivulje	KOM.	20					0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.	Spojni autoklavabilni kabel kompatibilan stavci 1.1.	KOM.	1					0.00	0.00		0.00	0.00
1.6.	Spojni autoklavabilni kabeli kompatibilani stavkama 1.2. i 1.3.	KOM.	7					0.00	0.00		0.00	0.00
2	SPECIJALNI ABLACIJSKI KATETERI SA ZLATNIM VRHOM											
2.1	Ablacijski deflektabilni kateter s krivuljom do 270 stupnjeva, dužina katetera 110 cm, vrh zlatni 4 mm, razmak elektroda 2-5-2, mogućnost odabira bar 3 radijusa savijanja krivulje	KOM.	10					0.00	0.00		0.00	0.00
2.2	Ablacijski deflektabilni kateter s hlađenim vrškom, s krivuljom do 270 stupnjeva, dužina katetera 110 cm, vrh zlatni 4 mm, razmak elektroda 2-5-2, mogućnost odabira bar 3 radijusa savijanja krivulje	KOM.	15					0.00	0.00		0.00	0.00
2.3	Ablacijski deflektabilni kateter s hlađenim vrškom za ablaciju undulacije atrija, 12 rupica na distalnoj elektrodi raspoređenih u 3 razine radi bolje hlađenja proksimalnog dijela vrha, s krivuljom do 270 stupnjeva, dužina katetera max. 95 cm radi bolje stabilnosti katetera, ojačano tijelo katetera radi bolje lateralne stabilnosti pri ablaciji isthmusa, vrh zlatni 3,5 mm, razmak elektroda 2-5-2	KOM.	2					0.00	0.00		0.00	0.00
2.4	Spojni autoklavabilni kabeli kompatibilani stavkama 2.1. 2.2. i 2.3. te postojećem RF generatoru	KOM.	8					0.00	0.00		0.00	0.00
	UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 (brojkama)							0.00			0.00	0.00