

JEDNOGODIŠNJA NABAVA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA ELEKTROFIZIOLOGIJU SRCA - ZA POTREBE KARDIOLOGIJE

RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU I ISPORUKU	PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA	ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	KOMADA U ORIG. PAKIRANJU	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	UKUPNO (bez PDV-a)	CIJENA ORIG. PAKIRANJA (bez PDV-a)	STOPA PDV-a U %	IZNOS PDV-a	SVEUKUPNO (s PDV-om)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4x8)	10 (7x8)	11	12	13 (9+12)
	<b>GRUPA PREDMETA NABAVE 8</b>											
1	<b>KATERERI DIJAGNOSTIČKI s mehanizmom za upravljanje s pojačanim tijelom katetera</b>											
1.1	Dijagnostički duodekapolarni kateter 6F ili 7F sa mehanizmom za upravljanje na rotaciju dužine 95 -115 cm, sa vršnom elektrodom od 2mm, razmak između elektroda 2-10-2, 5-5-5, 2-5-2 i 2-2-2	KOM	5					0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.	Dijagnostički deflektabilni dekapolarni kateter sa push/pull upravljanjem, razmak elektroda 2-5-2, dužina 110 cm, 4F.	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.	Dijagnostički deflektabilni dekapolarni kateter 95 cm do 115 cm dužine, 5F, 6F ili 7F, ojačano tijelo katetera, mekani vrh, 2-10-2, 2-2-2, 5-5-5, ili 2-5-2 mm razmaka elektroda, upravljanje kateterom push/pull ili rotacijom	KOM	5					0.00	0.00		0.00	0.00
1.4	Konekcijaski kabel sukladno stavkama 1.1, 1.2 i 1.3.	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
2	<b>KATATERI ZA RF-ABLACIJU-standardni, upravljivi s pojačanim tijelom katetera (ekstra stabilni)</b>							0.00	0.00		0.00	0.00
2.1	Kateteri ablacijski 7F, univerzalni temperaturni monitoring, poboljšana lateralna stabilnost, dužina 115cm, vršna elektroda 4mm ili 8mm, najmanje tri krivulje, ručka za upravljanje na rotaciju	KOM	4					0.00	0.00		0.00	0.00
2.2	Kateter za ablaciju hladeni (pebax), 7F, ojačan cijelom dužinom katetera do vrha (braided), u najmanje 3 krivulje, razmak elektroda 2-5-2, autolock push-pul mehanizam, sa podešavanjem čvrstoće pomaka, termocouple	KOM	6					0.00	0.00		0.00	0.00
2.3	Kateter za ablaciju napravljen je od pebax materijala, debljine 7F, ojačan je cijelom dužinom katetera do vrha (braided), mogućnost bar četiri vrste krivulje, autolock push-pul mehanizam, sa podešavanjem čvrstoće pomaka, kontinuirano hlađenje kroz vršnu elektrodu katetera, termički senzor termocouple	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
2.4.	Kateter za ablaciju napravljen je od pebax materijala, debljine 7F, ojačan je cijelom dužinom katetera do vrha (braided), mogućnost bar pet vrsta krivulja, razmak elektroda 2-5-2 mm, autolock push-pul mehanizam, sa podešavanjem čvrstoće pomaka	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
2.5	Konekcijaski kabel sukladno stavkama 2.1, 2.2, 2.3 i 2,4. i postojećem generatoru	KOM	3					0.00	0.00		0.00	0.00
3	<b>DODATNI POTROŠNI MATERIJAL</b>							0.00	0.00		0.00	0.00
3.1.	Transeptalna uvodnica sa mogućnošću kontinuiranog savijanja krivulje	KOM	22					0.00	0.00		0.00	0.00

RED- NI BROJ	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	JEDI- NICA MJERE	OKVIRNA GODIŠNJA KOLIČINA ZA NABAVU I ISPORUKU	PROIZVOĐAČ- ZEMLJA PORIJEKLA	ŠIFRA ILI KATALOŠKI BROJ PROIZVOĐAČA	KOMADA U ORIG. PAKIRANJU	JEDINIČNA CIJENA FCO KBC ZAGREB BEZ PDV-a	UKUPNO (bez PDV-a)	CIJENA ORIG. PAKIRANJA (bez PDV-a)	STOPA PDV-a U %	IZNOS PDV-a	SVEUKUPNO (s PDV-om)
3.2.	Transeptalna uvodnica 7F i 8F Mullins ili SLO-4 krivulje	KOM	35					0.00	0.00		0.00	0.00
3.3.	Transeptalna igla 98cm BRK	KOM	1					0.00	0.00		0.00	0.00
3.4.	Transeptalna igla 71cm BRK	KOM	25					0.00	0.00		0.00	0.00
3.5.	"Coil wear" uvodnica koja omogućava savijanje na bilo kojoj točki bez gubitka suporta ili prelamanja, 9 Fr, dužine 20 do 30 cm	KOM	10					0.00	0.00		0.00	0.00
	<b>UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8 (brojkama)</b>							0.00			0.00	0.00