

**EU Europski fond za regionalni razvoj „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“ KK.08.1.2.03.0012**

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB**  
**Zagreb, Kišpatićeva 12**

Zagreb, 9. svibnja 2017.

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Klinički bolnički centar Zagreb objavljuje

**IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I  
PRIJEDLOZIMA**

Predmet nabave: **V-Uređaji za operacione sale**

Evidencijski broj nabave: **5.1.A5/4.5**

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Klinički bolnički centar Zagreb je na svojoj internet stranici dana 25. travnja 2017. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet radnih dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Klinički bolnički centar Zagreb zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi:

Grupa predmeta nabave I-**Stup artroskopski s kompletnom opremom i instrumentima**

**1.PITANJE**

U stavci 1. HD centralna jedinica video sistema molimo izmjenu opisa stavke 1.1.5 na: „Mogućnost projekcije svih parametara vodene pumpe i artroskopskog uređaja za sukciju i resekciju na monitoru ili direktno na pumpi i artroskopskom uređaju za sukciju i resekciju.“

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: „projekcija svih parametara vodene pumpe i artroskopskog uređaja za sukciju i resekciju na monitoru ili direktno na pumpi i artroskopskom uređaju za sukciju i resekciju.“

**2. PITANJE**

U stavci 14.1 Artroskopska optika 30°, 3,5-4 mm x minimalno 180 mm, HD, molimo izmjenu opisa dužine na minimalno 160 mm.

**ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: Artroskopska optika 30°, 3,5-4 mm x minimalno 160 mm HD

### **3. PITANJE**

U stavci 14.2 Artroskopska optika 70°, 3,5-4 mm x minimalno 180 mm, HD, molimo izmjenu opisa dužine na minimalno 160 mm.

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: Artroskopska optika 70°, 3,5-4 mm x minimalno 160 mm, HD,

### **Grupa predmeta nabave II- Stup endoskopski 4 K za ginekologiju**

#### **1. PITANJE**

U stavci 1., 4K centralna konzola - centralna jedinica 4K video sistema/kamere + LED ili XENON izvor svjetla + sistem za manipulaciju slike i video isječaka, pod stavkom 1.1. 4K CENTRALNA JEDINICA VIDEO SISTEMA je opis za video snimač, a ne za Centralnu jedinicu 4K video Sistema pa predlažemo izmjenu tehničkog opisa na:

Moguće izabrati između sljedećih rezolucija: 4096x2160, 3840x2160, 1920x1080. Mogućnost odabira između 3G-SDI ili HD-SDI izlaza za prijenos slike. Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkiva ili odgovarajuća funkcija. AGC (auto gain control) - automatsko elektronsko podešavanje svjetla kod neadekvatnih uvjeta (npr. kada je teleskop previše udaljen od objekta). Iris - 2 načina: centar: svjetlina bazirana i podešena prema svjetlini centra slike; auto: svjetlina bazirana i podešena automatski kako bi održavala optimalnu svjetlinu objekta. Ekran procesora kamere osjetljiv na dodir.

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Tražena izmjena dovela bi do ograničenja tržišnog natjecanja, jer bi se usvajanjem tražene izmjene pogodovalo određenom gospodarskom subjektu. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojbjen, potpun i neutralan način.

#### **2. PITANJE**

U stavku 1. 4K centralna konzola - centralna jedinica 4K video sistema/kamere + LED ili XENON izvor svjetla + sistem za manipulaciju slike i video isječaka predlažemo dodati podstavku 1.4. MEDICINSKI SNIMAČ s postojećim opisima: Interna ili eksterna memorija min. 120GB, rezolucija pohranjivanja slika: min. 1920 do maksimalno 3840 x minimalni 1080 do maksimalno 2160 elemenata slike, itd.

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: Interna ili eksterna memorija min. 120GB, rezolucija pohranjivanja slika: min. 1920 do maksimalno 3840 x minimalni 1080 do maksimalno 2160 elemenata slike.

### **Grupa predmeta nabave IV- Stup laparoskopski 4 K-KIR**

#### **1.PITANJE**

U stavci 1., 4K centralna konzola - centralna jedinica 4K video sistema/kamere + LED ili XENON izvor svjetla + sistem za manipulaciju slike i video isječaka pod stavkom 1.1. 4K CENTRALNA JEDINICA VIDEO SISTEMA je opis za video snimač, a ne za Centralnu jedinicu 4K video sistema pa predlažemo izmjenu tehničkog opisa na:

Moguće izabrati između sljedećih rezolucija: 4096x2160, 3840x2160, 1920x1080. Mogućnost odabira između 3G-SDI ili HD-SDI izlaza za prijenos slike. Slikovna tehnologija uskopojasnog spektra za raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promjena na tkivu, ili odgovarajuća funkcija. AGC (auto gain control) - automatsko elektronsko podešavanje svjetla kod neadekvatnih uvjeta (npr. kada je teleskop previše udaljen od objekta). Iris - 2 načina: centar: svjetlina bazirana i podešena prema svjetlini centra slike; auto: svjetlina bazirana i podešena automatski kako bi održavala optimalnu svjetlinu objekta. Ekran procesora kamere osjetljiv na dodir

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom. Tražena izmjena dovela bi do ograničenja tržišnog natjecanja, jer bi se usvajanjem tražene izmjene pogodovalo određenom gospodarskom subjektu. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno svojim stvarnim potrebama, a za isti je proveo tehničke konzultacije, odnosno analizu tržišta, te je predmet nabave opisan na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način.

#### **2. PITANJE**

U stavku 1., 4K centralna konzola - centralna jedinica 4K video sistema/kamere + LED ili XENON izvor svjetla + sistem za manipulaciju slike i video isječaka predlažemo dodati podstavku 1.4. MEDICINSKI SNIMAČ s postojećim opisima: Interna ili eksterna memorija min. 120GB, rezolucija pohranjivanja slika: min 1920 do maksimalno 3840 x minimalni 1080 do maksimalno 2160 elemenata slike, itd.

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: Interna ili eksterna memorija min. 120GB, rezolucija pohranjivanja slika: min. 1920 do maksimalno 3840 x minimalno 1080 do maksimalno 2160 elemenata slike.

#### **3. PITANJE**

U stavci 10., 4K laparoskop 0°, 5.5 x max. 300 mm molimo izmjenu radne dužine na 5.5 x max. 330 mm.

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: 4K laparoskop 0°, 5.5 x max. 330 mm

#### **4. PITANJE**

U stavci 12., 4K laparoskop 30°, 5.5 x max. 330 mm molimo izmjenu radne dužine na 5.5 x max. 330 mm.

#### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: 4K laparoskop 30°, 5.5 x max. 330 mm

**Grupa predmeta nabave V- Stup endo za artroskopiju (HD artroskopski stup s kompletnom opremom i instrumentima)-KIR**

## **1.PITANJE**

U stavci 1. HD centralna jedinica video sistema molimo izmjenu opisa stavke 1.1.5 na: „Mogućnost projekcije svih parametara vodene pumpe i artroskopskog uređaja za sukciju i resekciju na monitoru ili direktno na pumpi i artroskopskom uređaju za sukciju i resekciju.“

### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: „projekcija svih parametara vodene pumpe i artroskopskog uređaja za sukciju i resekciju na monitoru ili direktno na pumpi i artroskopskom uređaju za sukciju i resekciju.“

## **2. PITANJE**

U stavci 14.1 Artroskopska optika 30°, 3,5-4 mm x minimalno 180 mm, HD, molimo izmjenu opisa dužine na minimalno 160 mm.

### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: Artroskopska optika 30°, 3,5-4 mm x minimalno 160 mm HD

## **3. PITANJE**

U stavci 14.2 Artroskopska optika 70°, 3,5-4 mm x minimalno 180 mm, HD, molimo izmjenu opisa dužine na minimalno 160 mm.

### **ODGOVOR:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: Artroskopska optika 70°, 3,5-4 mm x minimalno 160 mm, HD.

S poštovanjem,

**Za Službu nabave**

**Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.**