

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za unutarnje bolesti
 Adresa dostave opreme za Grupu XI: Kišpatičeva 12, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA
 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XI - INT DEFIBRILATOR

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA XI			
	INT Defibrilator			
	1 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	Ručni i poluautomatski bifazični defibrilator maksimalne energije 200-360J, maksimalne težine s baterijom 7 kg			
2	Eskaliranje energije u AED načinu rada sukladno smjernicama ERC-a			
3	Rad u sinhronom i asihronom modu			
4	Rad putem defibrilacijskih ručki i samoljeplivih elektroda			
5	Pedijatrijske ručkice integrirane u defibrilacijske ručke za odrasle			
6	3-kanalni EKG, minimalno 3-žilnim EKG kabelom			
7	Termički printer minimalne širine 50 mm			
8	Napajanja sa 200 V 50 HZ			
9	Rad sa 1 punjivom litijском baterijom			
10	Broj defibrilacija u radu s baterijom minimalno 100 defibrilacija pri maksimalnoj energiji			
11	Punjenje baterije do punog kapaciteta maksimalno 5 sati			
12	LCD ekran u boji minimalno dijagonale 14 cm			
13	Stalni nadzor nad pacijentom sa alarmom životno opasnim smetnjama srčanog ritma			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
14	Automatsko samotestiranje aparata pri uključanju uređaja ili u programiranom terminu			
15	Filtriranje artefakata na EKG signalu uslijed ručne masaže srca			
16	Praćenje dubine i frekvencije masaže srca			
17	Jedinica za transkutanu elektrostimulaciju			
18	Mjerenje SpO2			
19	Kompletan pribor za upotrebu: EKG defibrilacijski kabel, pedale, priključni kabel za 220V, torba s pretincima za kablove i pribor			
20	Popis dijelova i materijala koji ne ulaze u garantni rok: kablovi, senzori			
21	PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku			
22	DODATNE USLUGE:			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).			
23	Edukacija / trening : 2 djelatnika u trajanju od 2 sata. Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 30 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Kišpatičeva 12.			
24	JAMSTVO : 3 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
25	Rok isporuke: maksimalno 30 dana			

Napomena 1: Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

Napomena 2: Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5

Napomena 3: Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Naručitelj u tehničkoj specifikaciji koristi strane izraze, koji su kao tuđice prihvaćene tehničkom izračaju informatičke i medicinske struke. Prijevod tuđica iz tehničke specifikacije doveo bi do nerazumljivosti opisa predmeta nabave.