

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za ortopediju  
 Adresa dostave opreme za Grupu XIV: Šalata 6, Zagreb

I- UREĐAJI ZA PRAČENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XIV - ORT DEFIBRILATOR

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA XIV</b>			
	<b>ORT Defibrilator</b>			
	<b>1 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
1	Ručni i poluautomatski bifazični defibrilator maksimalne energije 200-360J, maksimalne težine s baterijom 7 kg			
2	Eskaliranje energije u AED načinu rada sukladno smjernicama ERC-a			
3	Rad u sinhronom i asihronom modu			
4	Rad putem defibrilacijskih ručki i samoljepljivih elektroda			
5	Pedijatrijske ručkice integrirane u defibrilacijske ručke za odrasle			
6	3-kanalni EKG, minimalno 3-žilnim EKG kabelom			
7	Termički printer minimalne širine 50 mm			
8	Napajanja sa 200 V 50 HZ			
9	Rad sa 1 punjivom litijском baterijom			
10	Broj defibrilacija u radu s baterijom minimalno 100 defibrilacija pri maksimalnoj energiji			
11	Punjenje baterije do punog kapaciteta maksimalno 5 sati			
12	LCD ekran u boji minimalno dijagonale 14 cm			
13	Stalni nadzor nad pacijentom sa alarmom životno opasnim smetnjama srčanog ritma			
14	Automatsko samotestiranje aparata pri uključanju uređaja ili u programiranom terminu			
15	Filtriranje artefakata na EKG signalu usljed ručne masaže srca			
16	Pračenje dubine i frekvencije masaže srca			
17	Jedinica za transkutanu elektrostimulaciju			
18	Mjerenje SpO2			
19	Kompletan pribor za upotrebu: EKG defibrilacijski kabel, pedale, priključni kabel za 220V, torba s pretincima za kablove i pribor			
20	Popis dijelova i materijala koji ne ulaze u garantni rok: kablovi, senzori			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
21	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			
22	<b>DODATNE USLUGE:</b>			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).			
23	<b>Edukacija / trening : 2</b> djelatnika u trajanju 2 sata. Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 30 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Šalata 6.			
24	<b>JAMSTVO : 3</b> godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
25	<b>Rok isporuke:</b> maksimalno 30 dana			

**Napomena 1:** Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

**Napomena 2:** Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

**Napomena 3:** Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Naručitelj u tehničkoj specifikaciji koristi strane izraze, koji su kao tuđice prihvaćene tehničkom izračaju informatičke i medicinske struke. Prijevod tuđica iz tehničke specifikacije doveo bi do nerazumljivosti opisa predmeta nabave.