

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za pedijatriju
 Adresa dostave opreme za Grupu XIX: Kišpatićeva 12, Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XIX - DKR monitor neinvazivni vitalnih funkcija (pulsni oksimetar, RR, EKG)

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA XIX			
1	DKR monitor neinvazivni vitalnih funkcija (pulsni oksimetar, RR, EKG) 5 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	Modularan dizajn monitora koji omogućuje konfiguraciju monitora prema potrebi radnog mjesta te izmjenu modula između pojedinih monitora			
2	Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 3 sata			
3	Težina monitora s integriranom baterijom najviše 7 kg			
4	Dijagonala ekrana minimalno 25 cm, ekran u boji, TFT LCD, rezolucije minimalno 800x600 piksela			
5	Istovremeni prikaz minimalno 6 krivulja uz minimalno 4 zasebna polja za brojčani prikaz			
6	Prikaz alarma zvučnih i tekstualnih s indikatorom alarma vidljivim iz svih kutova gledanja u najmanje 3 razine			
7	Mjerni moduli s praćenjem slijedećih parametara:			
8	EKG - 3/5 odvoda			
9	Analiza najmanje minimalno 15 srčanih aritmija			
10	ST analiza na svim mjerenim odvodima EKG-a			
11	Frekvencija respiracije s odabirom mjerenja putem odvoda RA-LA (torakalno) ili RA-LL (abdominalno)			
12	SpO2			
13	NIBP - neinvazivni tlak, oscilometrijska metoda mjerenja			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
14	Temperatura, 2 kanala			
15	Podjela prikaza ekrana za ST analizu bez poremećaja prikaza trenutnih krivulja vidljivih na ekranu u realnom vremenu			
16	Pohranjivanje najmanje 50 događaja za svakog pacijenta na način da se u svakom događaju memoriraju numerički podaci i krivulje monitoriranih parametara			
17	Pohranjivanje najmanje 50 automatski prepoznatih aritmija u formi događaja, na način da se u svakom događaju memoriraju EKG krivulje monitoriranih odvoda			
18	Prikaz minimalno 72 sata trendova (brojčani i grafički) , s mogućnošću kasnijeg priziva istih radi daljnje analize			
19	Uređaj podržava konfiguraciju za novorođenačke, pedijatrijske i odrasle pacijente			
20	Ugrađena zaštita od defibrilacije			
21	Konektori na monitoru: 1x USB, VGA, "Nurse call", standardna mrežna konekcija (RJ45 konektor)			
22	Pribor za praćenje parametara za odrasle , djecu i novorođenčad: EKG kabel – 3/5 odvoda, crijevo za mjerenje tlaka i orukvica za pretile osobe ,priključni SPO2 kabel i višekratni SpO2 senzor za prst			
23	PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku			
24	DODATNE USLUGE:			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).			
25	Edukacija / trening : 2 djelatnika u trajanju od 1 dana. Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 45 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Kišpatičeva 12.			
26	JAMSTVO : 5 godina jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
27	Rok isporuke: maksimalno 45 dana			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5

Napomena 1: Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

Napomena 2: Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

Napomena 3: Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Naručitelj u tehničkoj specifikaciji koristi strane izraze, koji su kao tuđice prihvaćene tehničkom izračaju informatičke i medicinske struke. Prijevod tuđica iz tehničke specifikacije doveo bi do nerazumljivosti opisa predmeta nabave.