

Klinički bolnički centar Zagreb  
 Klinika za ortopediju  
 Adresa dostave opreme za Grupu XXVII: Šalata 6, Zagreb

PRIOLOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XXVII - ORT Prijenosni kofer za kardiopulmonalnu reanimaciju

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu ,prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA XXVII</b>			
	<b>ORT Prijenosni kofer za kardiopulmonalnu reanimaciju</b>			
	<b>1 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
1	Torba treba biti izrađen od čvrstog materijala otpornog na habanje i nepropusnog za tekućinu, tipa Cordura ili jednakovrijedno: Minimalnih dimenzija 53x33x34cm(v). Prazna ne smije težiti više od 2,2 kg. Modularna unutrašnjost pomoću čvrstih pregrada s fiksacijom na čičak. Ručke za nošenje u ruci na gornjoj strani i naramenicu za nošenje preko ramena. Džep s prednje strane s patent zatvaračem, po jedan veliki džep s patent zatvaračem sa svake bočne strane i straga te jedan u unutrašnjosti.			
2	Balon za prodisavanje izrađen od silikona, autoklavabilan, za odrasle, u kompletu s maskama veličine 3, 4 i 5 izrađenim od silikona, sve autoklavabilno, te cijevi i rezervoarom za kisik			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu ,prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
3	Ručni aspirator, učinkovit i snažan, namijenjen za brzu aspiraciju tekućina iz oro i nazofaringealnog prostora u hitnim situacijama. Ručni aspirator treba biti/imati: prenosiv i lagan; uvijek spreman za uporabu neovisno o izvoru energije; posudu za sakupljanje tekućina za odrasle i djecu; mekane i atraumatske katetere u 3 veličine – 14, 28, 36 CH za aspiraciju oro i nazofaringealnog prostora; adapter 15 mm O.D. za aspiracijske katetere raznih veličina; kućište izrađeno od tvrde plastike s potisnim mehanizmom; poklopac posude za sakupljanje sekreta sa gumenom brtvom i jednosmjernim ventilom koji sprječava povrat tekućine prema pacijentu, sa nastavkom 15 mm I.D. za spajanje direktno na endotrahealni tubus			
4	Endotrahealni tubusi s balonom veličine 6.0-9.0 mm			
5	Orotrahealni tubusi veličine 3, 4 i 5			
6	Nazofaringealni tubusi veličine 7, 8 i 9 mm I.D.			
7	Kliješta tipa Magill			
8	Jednokratni laringoskopi s metalnom špatulom tipa Macintosh i LED izvorom svjetla u veličinama 2, 3 i 4			
9	Set za intraosealni pristup s višekratnom rotacijskom bušilicom i iglama u 3 veličine 15 mm, 25 mm i 45 mm sa stabilizatorima igle i produžnim linijama i tlačnom manžetom za brzu primjenu infuzije/transfuzije			
10	Set za brzu perkutanu konikotomiju bez uporabe skalpela, s trakicom za fiksaciju i fleksibilnim produžetkom za ventilaciju.			
11	Supraglotično pomagalo 3. generacije s mogućnošću ventilacije balonom, aspiracije želučanog sadržaja i intubacije endotrahealnim tubusom veličine do 8.5 mm, za zbrinjavanje svih pacijenata >155 cm visine u kompletu s armiranim endotrahealnim tubusom i stabiizatorom tubusa			
12	Klin za otvaranje usta			
13	Fiksacijske trake za fiksaciju endotrahealnog tubusa, 5 komada			
14	Vodilica za otežanu intubaciju i reintubaciju s mekanim vrhom, oznakama dubine u cm i radnim kanalom za primjenu zraka/kisika			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu ,prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
15	Maska sa silikonskom membranom s mogućnošću ventilacije i istovremenu intubaciju fiberoptičkim bronhoskopom.			
16	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			
17	<b>DODATNE USLUGE:</b>			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).			
18	<b>Edukacija / trening : 2</b> djelatnika u trajanju od 90 minuta. Rok izvršenja edukacije u roku za isporuku uređaja od 30 dana. Edukacija će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Šalata 6.			
19	<b>JAMSTVO : 1</b> godina jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
20	<b>Rok isporuke:</b> maksimalno 30 dana			

**Napomena 1:** Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

**Napomena 2:** Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

**Napomena 3:** Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Naručitelj u tehničkoj specifikaciji koristi strane izraze, koji su kao tuđice prihvaćene tehničkom izražaju informatičke i medicinske struke. Prijevod tuđica iz tehničke specifikacije doveo bi do nerazumljivosti opisa predmeta nabave.