

Klinički bolnički centar Zagreb
 Klinika za ortopediju
 Adresa dostave opreme za Grupu XXIX: Šalata 6, Zagreb

PRIOLOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

I- UREĐAJI ZA PRAĆENJE FUNKCIJE SRCA I DISANJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA XXIX - ORT Kolica na kotače za anesteziju

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	GRUPA XXIX			
	ORT Kolica na kotače za anesteziju			
	1 kom			
	Naziv proizvođača:			
	Naziv modela:			
	Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.			
1	Kolica za anesteziologa s priborom izrađena od visokokvalitetnog sintetskog materijala - polietilena visoke gustoće (HDPE) otpornog na lom ili materijal od poliuretana, boje, ogrebotine i dezinficijense. Reciklirajući materijal. Piramidalni ili pravokutni oblik koji osigurava stabilnost i omogućuje široko postavljanje kotača (lagano manevriranje i dohvrat kočnice). Sa bravicom i ključem. Sa jednom integriranom ručicom za guranje na lijevoj ili desnoj strani prema potrebi korisnika.			
2	4 ladice: 1 ladica visine 7 do 10 cm; 2 ladice visine 14 do 16 cm i 1 ladica visine 25-30 cm. Ladice u boji po izboru naručitelja			
3	Razdjelnici za prvu ladicu			
4	Dodatni pribor:			
5	Nosač pretinaca			
6	Pretinci minimalno 5 komada manjih, otvaranje na nagib			
7	Pretinci minimalno 4 komada veći, otvaranje na nagib			
8	Posuda za nečisto s poklopcem			
9	Vanjske dimenzije kolica: širina 70-85 cm, dubina 55-80 cm i visina 90-100 cm.			

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
10	PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE na Hrvatskom jeziku			
11	DODATNE USLUGE:			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme).			
12	JAMSTVO : 2 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
13	Rok isporuke: maksimalno 60 dana			

Napomena 1: Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“). Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

Napomena 2: Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

Napomena 3: Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Naručitelj u tehničkoj specifikaciji koristi strane izraze, koji su kao tuđice prihvaćene tehničkom izražaju informatičke i medicinske struke. Prijevod tuđica iz tehničke specifikacije doveo bi do nerazumljivosti opisa predmeta nabave.