

Klinički bolnički centar Zagreb

PRILOG 3 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Klinika za plućne bolesti

Adresa dostave opreme za Grupu IV: Jordanovac 104, Zagreb

XI RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE I PROIZVODI

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA: GRUPA IV - KPB Pletizmograf za procjenu funkcije disanja

Red br.	Tražene specifikacije	Ponuđene specifikacije	Bilješke, označiti rednim brojem gdje se u dostavljenoj ponudi, katalogu, prospektu i tehničkoj specifikaciji proizvođača točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike, napomene reference za tehničku dokumentaciju	Ocjena DA / NE
1	2	3	4	5
	<b>GRUPA IV</b>			
	<b>KPB Pletizmograf za procjenu funkcije disanja</b>			
	<b>1 kom</b>			
	<b>Naziv proizvođača:</b>			
	<b>Naziv modela:</b>			
	<b>Zahtjevi definirani ovim Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.</b>			
1	Uređaj treba imati sljedeće funkcije: plućne volumene, protok volumena, otpore, bronhoprovokacijsko testiranje sa jednom koncentracijom metakolina pod kontrolom sustava, impulsnu oscilometriju			
2	Potpuna usklađenost mjernih parametara i kontrole kvalitete s ATS/ERS smjericama			
3	Raspon mjerenja protoka do± 14L/s, točnost±3%			
4	Volumen kabine minimalno 800 L			
5	Administrativni programi: baza podataka, generator izvješća, korisničke predviđene vrijednosti			
6	Prijenos podataka, HL7 sučelje			
7	BTPS korekcije u realnom vremenu			
8	Specifični i nespecifični bronhijalni testovi kod bronhoprovokacije			
9	Računalo certificirano sa medicinskim uređajem i kolica sa izolacijskim transformatorom			
10	<b>PRIRUČNICI - UPUTE ZA RUKOVANJE</b> na Hrvatskom jeziku			
11	<b>DODATNE USLUGE:</b>			
	Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za instalaciju opreme, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova opreme, izvršiti osnovne funkcionalne testove i osigurati svu dodatnu opremu za punu radnu funkcionalnost (kablove, konektore, periferne uređaje i postaviti uređaj u punu funkciju, konfiguracija, integracija, kalibracija opreme ).			
12	<b>Edukacija / trening:</b> 1 djelatnik u trajanju od 2 sata. Rok izvršenja edukacije / trening ulazi u rok za isporuku uređaja od 60 dana. Edukacija /trening će se provesti u prostoru Naručitelja na lokaciji Jordanovac 104.			
13	<b>JAMSTVO :</b> 2 godine jamstva od dana prihvata opreme uz rok za odaziv od 24 sata od poziva te rok za popravak od 72 sata od prijave kvara. U jamstveni rok ulazi preventivno i korektivno održavanje opreme i rezervni dijelovi.			
14	<b>Rok isporuke:</b> maksimalno 60 dana			

**Napomena 1:** Stupac 3 ponuditelj mora popuniti tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“. Ponuditelj mora popuniti u stupcu ponuđene specifikacije i podatke vezane uz jamstveni rok i rok isporuke.

**Napomena 2:** Stupac 4 « Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju » ponuditelj mora popuniti.

**Napomena 3:** Stupac 5 « Ocjena DA/NE » ponuditelj NE POPUNJAVA, s obzirom na to da je stupac predviđen za ocjene Naručitelja.

Naručitelj u tehničkoj specifikaciji koristi strane izraze, koji su kao tuđice prihvaćene tehničkom izražaju informatičke i medicinske struke. Prijevod tuđica iz tehničke specifikacije doveo bi do nerazumljivosti opisa predmeta nabave.

