

Zagreb, 04. siječnja 2018.

Na temelju članka 198 stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) Klinički bolnički centar Zagreb objavljuje

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA

Predmet nabave: **POTROŠNI MATERIJAL ZA ENDOSKOPIJU I ENDOSKOPSKE
APARATE**

Evidencijski broj nabave: **1.1.2.A.34**

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, Klinički bolnički centar Zagreb je na svojoj internet stranici dana 21. prosinca 2017. godine objavio prijedlog dokumentacije o nabavi sa opisom predmeta nabave, tehničkim specifikacijama, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, za predmetnu nabavu, u trajanju od pet dana od dana objave.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Klinički bolnički centar Zagreb zaprimio je pitanja na koje dajemo odgovore kako slijedi:

1. PITANJE

Molili bi Vas da u dokumentaciji napravite izmjenu da se kao jamstvo za ponudu može dati ili garancija banke ili zadužnica.

ODGOVOR:

Ne udovoljava se zahtjevu.

Umjesto bankarske garancije može se dati novčani polog. Člankom 214. stavkom 1. točkom 1 Naručitelj može odrediti dostavljanje jamstva za ozbiljnost pounce. Stavkom 3. određeno je da Naručitelj određuje vrstu, sredstvo i uvjete jamstva. Člankom 215. stavkom 2. propisano je da se jamstvo za ozbiljnost ponude propisuje u apsolutnom iznosu ne više od 3% procijenjene vrijednosti nabave. Shodno navedenim zakonskim odredbama Naručitelj je propisao dostavljanje bankarske garancije ili novčani polog.

2. PITANJE

Molimo Vas izmjenu dokumentacije o nabavi za grupe 5.

Predlažemo:

- razdvajanje na dvije grupe; grupu za implantate i grupu za instrumente
- grupu za implantate razdjeliti po anatomskim regijama (koljeno, rame, šaka, AC zglob...).
- izcaciti iz opisa "Fiberwire" jer je to zaštićeni naziv jednog proizvođača.

Sukladno članku 206. St. 2. ZJN 2016, tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.

Trenutni opis grupe 5 i grupe 71 onemogućuje nuđenje većem broju gospodarskih subjekata, stoga Vas molimo da uvažite naše prijedloge i izmijenite dokumentaciju o nabavi na gore opisan način.

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za razdvajanjem na dvije grupe. Prema dokumentaciji o nabavi, stavka 9.3, više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o njihovom međusobnom odnosu, a prijedlog da se izbací iz opisa "Fiberwire", Naručitelj prihvaća, te opis sada glasi: „Kompozitni konac UHMWPE 0#, 1#, 2#, 5#, sterilno pakirano.“

3. PITANJE

Molimo Vas izmjenu dokumentacije o nabavi za grupe 71.

Grupa 71. – dodati uz opis "ili jednakovrijedno".

Sukladno članku 206. St. 2. ZJN 2016, tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju. Trenutni opis grupe 5 i grupe 71 onemogućuje nuđenje većem broju gospodarskih subjekata, stoga Vas molimo da uvažite naše prijedloge i izmijenite dokumentaciju o nabavi na gore opisan način.

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenom. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno stvarnim potrebama, zahtjevima struke te za isti proveo tehničke konzultacije i analizu tržišta nabave.

4. PITANJE

U grupi 56 – traži se sljedeći proizvod:

Y: stent za traheobronhalno stablo, silikonski, mogućnost prilagodbe dužine trahealnog i bronhalnih krakova prema pojedinom slučaju. Promjer trahealnog kraka 14-18mm, promjer desnog kraka 10-14mm, promjer lijevog kraka 10 - 14mm, dužina trahealnog kraka 40-110mm, dužina desnog i lijevog kraka 30-50mm. Rtg vidljivi.

Tražimo izmjenu opisa traženog proizvoda da glasi na sljedeći način:

Y: stent za traheobronhalno stablo, silikonski, mogućnost prilagodbe dužine trahealnog i bronhalnih krakova prema pojedinom slučaju. Promjer trahealnog kraka 11-15mm, dužina trahealnog kraka 110 mm, promjer bronhialnog kraka 8-12mm, dužina desnog i lijevog bronhialnog kraka 8-12mm, dužina desnog i lijevog bronhialnog kraka 25-40mm. Rtg vidljivi.

ODGOVOR:

Ne prihvaća se prijedlog za izmjenom. Normalan promjer trahe je 18 do 20 mm, tako da stent čiji je maksimalni promjer 15 mm nije pogodan za postavljanje u traheju.

5. PITANJE

U grupi 57 – traži se sljedeći proizvod:

Silikonski cilindrični stentovi s jednokratnim priborom za postavljenje u traheobronhalnom stablu, radiološki vidljivi. Mogućnost ekstrakcije i ponovnog postavljanja. Promjera od 08-20 mm a dužine od 20-80mm.

Moli se povećanje procijenjene vrijednosti sa sadašnjih 99.700,00 kn na novu procijenjenu vrijednost 237.195,00 kn.

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom procijenjene vrijednosti. Naručitelj je odredio procijenjenu vrijednost nabave sukladno analizi tržišta nabave.

6. PITANJE

U grupi 52, redni broj 1. – traži se sljedeći proizvod:

Balon-kateter bloker za hemostazu dišnih puteva jednokratni, sa pomičnim luer lock adapterom, dvostrukim lumenom radni kanal 2,8mm, radna dužina 1700mm, promjer balona 13mm i kapacitet balona do 3,0 ml.

Predloženo izmjenju opisa:

Balon-kateter bloker za hemostazu dišnih puteva, jednokratni, sa pomičnim adapterom za zaključavanje, radni kanal 2,0 mm, radna dužina min. 1050mm, promjer balona 11 mm, vidljivost pod rendgenom.

Obrazloženje za traženu izmjenju:

Neke bolnice od navedenih imaju bronhoskope s 2,0 radnim kanalom pa im treba dati opciju da i oni mogu raditi hemostazu dišnih puteva jer s 2,8 ne bi uspjeli proći kroz svoj bronhoskop, ukoliko se radi po kontrolom rengena – bitno je da materijal bude rengenski vidljiv ukoliko nemamo endoskopsku vizualizaciju mjesta koje hemostaziramo.

ODGOVOR:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: „Balon-kateter bloker za hemostazu dišnih puteva, jednokratni, sa pomičnim adapterom za zaključavanje, radni kanal 2,0 mm, radna dužina min. 1050mm, promjer balona 11 mm, vidljivost pod rendgenom.“

7. PITANJE

U grupi 52, redni broj 2. – traži se sljedeći proizvod:

Balon-kateter bloker za hemostazu dišnih puteva jednokratni, sa pomičnim luer lock adapterom, dvostrukim lumenom radni kanal 2,8mm, radna dužina 1700mm, promjer balona 13mm i kapacitet balona do 5,0 ml.

Predloženo izmjenju opisa:

Balon-kateter bloker za hemostazu dišnih puteva jednokratni, sa pomičnim adapterom za zaključavanje, radni kanal 2,8mm, radna dužina 1050mm, promjer balona 13mm, vidljivost pod rendgenom.

Obrazloženje za traženu izmjenu:

Molimo radnu dužinu staviti na min. 1050 mm, ukoliko se radi pod kontrolom rengena – bitno je da je materijal bude rengenški vidljiv ukoliko nemamo endoskopsku vizualizaciju mjesta koje hemostaziramo.

ODGOVOR:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom navedene stavke te ona sada glasi: „Balon-kateter bloker za hemostazu dišnih puteva, jednokratni, sa pomičnim adapterom za zaključavanje, radni kanal 2,8mm, radna dužina 1050mm, promjer balona 13mm, vidljivost pod rendgenom..”

8. PITANJE

Za grupu 34 tražimo izmjene za slijedeću stavku:

Redni broj 2. Dormia ekstraktor s 3 žice, nitinol, vel ch 1.7-2.5
Predlažemo brisanje stavke 2, ili uvrštavanje u novu/zasebnu grupu.

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenom. Naručitelj je odredio predmet nabave sukladno stvarnim potrebama, zahtjevnima struke te za isti proveo tehničke konzultacije i analizu tržišta nabave.

Prema dokumentaciji o nabavi, stavka 9.3, više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o njihovom međusobnom odnosu.

9. PITANJE

Za grupu 59. tražimo slijedeće izmjene:

Red. Br. 2.,2.1.,3.,3.1 iz grupe 59 molimo da izdvojite u zasebnu grupu:

2	Endo ručni instrumenti
2.1	Endo ručni instrumenti za minimalno invazivnu kirurgiju, 5 mm, 360° rotacije i minimalno 75° artikulacije, sa ili bez zaključavajuće pozicije
3	Endo monopolarna kukica
3.1	Endo monopolarna kukica, 360° rotacije i minimalno 75° artikulacije, sa zaključavajućom pozicijom

ODGOVOR:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za razdvajanjem na zasebne grupe.

Prema dokumentaciji o nabavi, stavka 9.3, više gospodarskih subjekata može se udružiti i dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o njihovom međusobnom odnosu.

S poštovanjem,

Za Službu nabave

Josip Jerleković, struč. spec. ing. log.